

# STIMULAN®

## PODER PARA TRANSFORMAR LOS RESULTADOS

### CASO PRÁCTICO

Por cortesía del Dr Ramasubramanian Dharmarajan

Especialista en Cirugía Ortopédica, North Cumbria University Hospitals, Reino Unido

#### Datos clínicos

Mujer de 59 años, presentaba una artroplastia total de rodilla bien fijada, infectada dos años después de la primera operación. Se trata de un caso agudo, con características clínicas de infección, con muestras que daban positivo en *estreptococos* del grupo B.

#### Tratamiento

Primera etapa – desbridamiento radical, extracción del implante e inserción de un espaciador de cemento cargado de antibióticos y con perlas de **STIMULAN**. Se utilizó vancomicina para tratar la infección.

Segunda etapa – a las 10 semanas, los tejidos blandos estaban sanos y los especímenes intraoperatorios estaban libres de organismos. Se le reimplantó una prótesis de bisagra rotatoria.

#### Resultado

En la visita de seguimiento realizada un año después, la paciente permanece libre de infección y continua bajo seguimiento regular.



Presentación



Primera etapa – postoperatoria



Segunda etapa – postoperatoria



Segunda etapa – postoperatoria

Siga las indicaciones y consulte las contraindicaciones, advertencias y precauciones en las instrucciones de uso. Es responsabilidad del especialista decidir el tipo y la cantidad de antibiótico empleado. El uso simultáneo de antibióticos administrados localmente podría afectar al tiempo de fraguado. La práctica de mezclado de antibióticos con el dispositivo STIMULAN Kit / STIMULAN Rapid Cure no ha sido evaluada por ninguna autoridad competente europea de medicamentos y está considerada como una indicación no autorizada conforme a las especificaciones del medicamento. Realizar esta práctica corre por cuenta y riesgo del cirujano / profesional sanitario. Este catálogo puede contener el uso de STIMULAN y/o técnicas que van más allá de la autorización / aprobación actual concedida por la autoridad reguladora competente. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local.

©2017, Biocomposites y STIMULAN son marcas registradas de Biocomposites Ltd. Todos los derechos reservados. No está permitida la copia, reproducción, distribución o reedición sin el permiso expreso y por escrito del propietario, Biocomposites Ltd.

Patentes concedidas: GB2367552, EP 1204599 B1, US 6780391, EP 2594231 B1, US 8883063, CN ZL201210466117.X, GB2496710 / Patentes pendientes: GBI502655.2, EP 16154210.5, US 15/040075, CN 201610089710.5, US 15/288328.

MA0053R2